



**УЛСЫН НЭГДҮГЭЭР
ТӨВ ЭМНЭЛЭГ**

С.Зоригийн гудамж 2, 1 дүгээр хороо
Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14210
Утас: (976) 7711 1027, Цахим шуудан: info@fchm.edu.mn

2026.08.10 № 1/1454
танай _____ -ны № _____ -т

**ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ
ТӨХӨӨРӨМЖ ХАНГАН
НИЙЛҮҮЛЭХ
БАЙГУУЛЛАГУУДАД**

Үнийн санал авах тухай

Улсын Нэгдүгээр Төв Эмнэлэгт нэн яаралтай худалдан авах сэлбэг хэрэгсэлд
“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан
авах тухай” хуулийн 34 дүгээр зүйлд заасны дагуу үнийн санал ирүүлнэ үү.

Үнийн саналыг 2026 оны 08 дугаар сарын 13-ны 11.00 цаг хүртэл хүлээн авна.

Мэйл хаяг: procurement@fchm.edu.mn

Хаяг: УНТЭ-ийн 5 давхар

Хавсралт.... хуудастай

ЕРӨНХИЙ ЗАХИРЛЫН
АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ



П.АНХТУЯА

ATA9996 9077135
9023050128

143262281

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн Ерөнхий
захирлын 2026 оны 08 дугаар сарын 20-ны
өдрийн 11454 тоот албан бичгийн хавсралт

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН НЭРС



№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Тоо
1	Риноманометр	1

Риноманометрийн техникийн тодорхойлолт

Үндсэн шаардлага:

Хамрын агаарын урсгал болон даралтаар эсэргүүцлийг хэмжих, мэс заслын үр дүнг объектив аргаар үнэлэх

Иж бүрдэл

- Үндсэн аппарат
- Программ хангамж бүхий компьютертой байх
- Агаарын урсгал хэмжигч толгой /Flow head/
- 4 ширхэг холбох хоолой /four tube set/
- Calibration Check Unit /хэмжилтийн үнэн зөв эсэхийг шалгах/
- USB Кабель

Үндсэн үзүүлэлт:

- Агаарын урсгал 0-800 мл/сек ба түүнээс дээш
- Даралт 0-800па ба түүнээс дээш
- Active Anterior болон Active Posterior Rhinomanometry хийх боломжтой байх.
- Баруун болон зүүн хамрын хөндийн эсэргүүцлийг хэмжиж, тооцоолох, харьцуулах функцтэй байх
- Standard, Brooms, Rohrer тооцооллын аргуудаар үнэлэх
- Vertex, Effective, Pressure-Flow Curve функцтэй байх
- Эмчилгээний өмнөх ба дараах үр дүнгийн харьцуулалт хийдэг байх
- Харшлын өдөөлтийн сорилын өмнөх ба дараах үеийн хэмжилт хийх
- Амьсгал авах болон гаргах үеийн хэмжилтийг хийх
- Хамрын хавхлагын үйл ажиллагааг үнэлдэг байх
- Өвчтөний мэдээлэл хадгалах функцтэй байх

Дагалдах хэрэгсэл:

Anterior tubing

Posterior tubing

Дахин ашиглах боломжтой маск

Нэг удаагийн маск

Филтер

Үзүүрийн холбогч

Хөөсөн жийргэвч

Нүх гаргагч

Шинжилгээнд шаардлагатай дагалдах хэрэгслийг иж бүрэн нийлүүлэх

Цахилгааны техник үзүүлэлт

Хүчдэл: 110-220В

Давтамж: 50/60Гц

----- ooOOOoo -----