



**"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН  
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН  
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТҮГ**

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино  
Харилцах утас: 7049-2942, Факс:7049-2942

**БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ  
ЭКСПЕРТИЙН ДҮГНЭЛТ  
CONCLUSION OF CERTIFICATION EXPERT**

**Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 24-412**

**Олгосон : 2024 он 07 сар 31 өдөр  
/Date of issue/**



**Зориулалт: /Purpose/ : Цувралын шалгалт /Импорт/**

"МОНГОЛ ВИ И ТИ НЕТ" ААН-ийн импортлосон БНХАУ улсын Bimeda малын эмийн үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн "Replenolyte Oral /83.7g/" өргөн хэрэглээний эм-2-ийн/ын [redacted] рхэг бүхий 2404251-р цувралын дээж нь сорилтын лабораторийн 24-412 тоот дүнгээр АНУ-ын фармакопей-ийн шаардлагыг хангаж байна.

Сорилтын 24-412 дугаартай дүнг хавсаргав.

**Дүгнэлт гаргасан:**

Чанарын баталгаажуулалтын эксперт:

  
гарын үсэг/signature /Б. Мөнхцэцэг /  




"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН  
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН  
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТУГ

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино  
Харилцах утас: 7049-2942, Факс:7049-2942



СОРИЛТЫН ДҮН  
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 24-412

Шинжилгээ хийлгэх хүсэлт гаргасан газрын нэр : МОНГОЛ ВИ И ТИ НЕТ

/The name of customer's request for analysis/

Дээжийн тодорхойлолт /Sample description/					
Дээжийн дугаар Sample number	Дээжийн нэр Name of sample	Цувралын дугаар Batch number	Үйлдвэрлэсэн улс The country of original manufacturer	Хүчинтэй хугацаа Expire date	Дээжийн тоо хэмжээ Quantity of the sample
412	Replenolyte Oral /83.7g/	2404251-p	БНХАУ	2024/04/25 - 2026/04/24	2 ширхэг

Хүлээн авсан огноо Date of receipt	Шинжилгээ дууссан огноо Date of test completion	Хэвлэсэн огноо Date of issue of the report
2024 он 06 сар 06 өдөр	2024 он 06 сар 12 өдөр	2024 он 07 сар 31 өдөр

Дээжийн дугаар Sample number	Шинжилгээний аргын стандарт Method of analysis	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж Test parameter, unit	Шаардлага Test specification, unit	Шинжилгээний дүн Test results
412	АНУ-ын фармакопей- Replenolyte oral	Гадаад байдал	Цагаан, цагаан шаргал өнгөтэй, нунтаг	Цагаан өнгөтэй, нунтаг.
	АНУ-ын фармакопей- Replenolyte oral	Уусах чанар	Усанд уусна	Усанд сайн уусна.
	АНУ-ын фармакопей- Replenolyte oral	Савлалтын хэмжээ, гр	<83.7	83.7
	АНУ-ын фармакопей- Replenolyte oral	Чийг, %	≤ 17.4	0.92
	АНУ-ын фармакопей- Replenolyte oral	Үнсжилт, %	≥ 17.4	18.70

Санал тайлбар:

Opinions and interpretation

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:

шалгагч /химич/:

Хянаж баталгаажуулсан:

Чанарын менежер:



/О.Наранцэцэг/

/М.Оюунбадам/

гарын үсэг/signature/

Энэ шинжилгээний дүн нь зөвхөн шинжилгээ хийсэн дээжинд хамаарна.

Шинжилгээний дүнг лабораторийн зөвшөөрөлгүй хэсэгчилэн болон бүхэлд нь хуулбарлахыг хориглоно.