

Тендерийн нэр: Эмнэлгийн хэрэгсэл

Тендерийн дугаар: ЭКМ/20260602018

Зөөврийн дефибрилляторын техникийн тодорхойлолт

Техникийн ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Зориулалт, ашиглалт	Яаралтай тусламжийн амь аврах төхөөрөмж	-
Үйлдвэрлэсэн огноо	2024 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн	Баглаа боодол бүрэн бүтэн шинэ.
Ашиглах /ажиллах/ орчин	Эмнэлгийн хэсэгт ашиглана.	-
Эрчим хүчний хэмнэлт, байгаль орчинд нөлөөлөх байдал, аюулгүй ажиллагаа	Бага эрчим хүч зарцуулдаг Удаан хугацааны зай хураагууртай Олон жил ашиглах	-
Баталгаат хугацаа	5 жил	-
Дэмжиж, холбогдож ажиллах систем, тоног төхөөрөмж	Дефибрилляторын пад: Насанд хүрэгч, хүүхдийн, нэг удаагийн Кабель адаптер Цэнэглэгч батарей	-
Сав, баглаа боодол	Гялгар уут	-

Техникийн тусгай шаардлага-

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Барааны нэр, код	Зөөврийн дефибриллятор	-
Зориулалт, ашиглалт	Зүрхний гэнэтийн зогсолт Ховдлын жирвэгнэл Ховдлын хэт хурдан хэм: Эдгээрийн үед зүрхэнд цахилгаан цочрол өгснөөр хэвийн хэмд оруулах зорилготой.	-
Стандарт, нийцэл	IEC 60601-2-4-Эрчимт эмчилгээний дефибрилляторын аюулгүй байдал болон гүйцэтгэл	эсвэл дүйцэхүйц
Хүчин чадал	150-200 /Joule/	-
Хэмжээ	0,6см зузаан, 16см урттай	-
Жин	1-3 кг	-
Тоо ширхэг	1 ширхэг	
Дагалдах иж бүрдэл	AED төхөөрөмж	-

	Цэнэглэдэг батерей Электрод /PAD/ хос Тээвэрлэх цүнх	
Зураг, загвар хийц		Хэрэглэхэд амар ажиллагаа сайн Хэрэглээ удаан
Ашиглах гарын авлага, заавар	Бичил гарын авлага	-