

Тендерийн нэр: Эмнэлгийн хэрэгсэл

Тендерийн дугаар: ЭКМ/20260602017

1.Суурин даралтын аппаратын техникийн тодорхойлолт

Техникийн ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Зориулалт, ашиглалт	Цусны даралт хэмжих / дээд, доод даралт / Зүрхний цохилт /пульс/ тодорхойлох	-
Үйлдвэрлэсэн огноо	2024 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн	Баглаа боодол бүрэн бүтэн шинэ.
Ашиглах /ажиллах/ орчин	Эмнэлэгийн хэсэгт ашиглана.	-
Эрчим хүчний хэмнэлт, байгаль орчинд нөлөөлөх байдал, аюулгүй ажиллагаа	Биед харшлахгүй байх Удаан эдэлгээтэй чанартай байх	-
Баталгаат хугацаа	2 жил	-
Дэмжиж, холбогдож ажиллах систем, тоног төхөөрөмж	Цэнэглэдэг, зай хэрэглэдэг байх	-
Сав, баглаа боодол	Хатуу картон хайрцаг Дотор талд хөөсөн хамгаалалт эсвэл хэвлэмэл хуванцар тогтоогчтой Эмзэг хэсгийг доргилтоос хамгаалсан байх	-

Техникийн тусгай шаардлага-

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Барааны нэр, код	Суурин даралтын аппарат	-
Зориулалт, ашиглалт	Даралт ихсэх, багасах өвчнийг илрүүлэх Эмчилгээний явцын хяналт хийх Олон хүний даралтыг түргэн, дараалж шалгах	-
Стандарт, нийцэл	Сүүлийн үеийн хийц загвар сайтай байх. Бат бөх, удаан эдэлгээтэй байх. Алдаа +- 5 ммМУБ-аас ихгүй Стандарт хазайлт 8ммМУБ Клиник туршилтаар баталгаажсан байх	эсвэл дүйцэхүйц

Хүчин чадал	1. Даралт хэмжих хүрээ: Даралт: 0-300 мм.муб, Пульс:40-180 цохилт/мин 2. Цахилгаан тэжээлийн чадал: 220V цахилгаан тэжээл /адаптертай/, зарцуулалт бага 3-6 Ватт 3. Насос /агаар шахах/ хүчин чадал: Автоматаар агаарыг 280-300 мм.муб хүртэл шахна. Дунджаар 20-30 секундэд гарыг бүрэн шахдаг.	-
Хэмжээ	Өндөр 20-35см, өргөн 15-25см	-
Жин	3-6кг	-
Тоо ширхэг	1 ширхэг	
Дагалдах иж бүрдэл	Цахилгаан адаптер, Батарей	-
Зураг, загвар хийц		Удаан хэрэглэх сайн чанарынх байх
Ашиглах гарын авлага, заавар	Дагалдах гарын авлага	-