



**УЛСЫН НЭГДҮГЭЭР
ТӨВ ЭМНЭЛЭГ**

С.Зоригийн гудамж 2, 1 дүгээр хороо
Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14210
Утас: (976) 7711 1027, Цахим шуудан: info@fchm.edu.mn

2026.05.20 № 1/1069

танай _____ -ны № _____ -т

Үнийн санал авах тухай

Улсын Нэгдүгээр Төв Эмнэлгийн Өндөр өртөгт тусламж үйлчилгээнд нэн шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэлд “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.1-д заасны дагуу үнийн санал ирүүлнэ үү.

Үнийн саналыг 2026 оны 05 дугаар сарын 21-ний 13 цаг хүртэл хүлээн авна.

Майл хаяг: procurement@fchm.edu.mn.

Хаяг: УНТЭ-ийн 1 давхар 103 тоот.

Жич: Бэлэн байгаа эмнэлгийн хэрэгсэлд үнийн санал ирүүлнэ үү.

Хавсралт 1 хуудастай.

ЕРӨНХИЙ ЗАХИРЛЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ



П.АНХТУЯА

141260125

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн Ерөнхий захирлын 2026 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн 1/1069 тоот албан бичгийн нэгдүгээр хавсралт

ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЭЛ

№	Бүтээгдэхүүнийн нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжээс	Тоо хэмжээ
1	Эмчилгээний чиглүүлэгч	Эмчилгээний энгийн чиглүүлэгч (work horse): 0.014 * 180-300см, үзүүр нь шулуун эсвэл J хэлбэртэй, Hydrophilic бүрээстэй, үзүүр хэсгийн эрчлээс нь (Spring coil) 20-28см уян, харимхай чанар сайн, X ray –д тод харагдах чанар сайн (үзүүрийн рентген тодрол - Tip Radiopacity 3-5 см), байх шаардлагатай байх, дээрх бүх үзүүлэлтийг нэгэн зэрэг хангасан Route, Rinato, Sion -той дүйцэхүйц байх	0.014”	15
	3 кранттай хаалтын иж бүрдэл Manifold set	3 хаалттай крант, холбогч хэрэгсэл, дамжуулах гуурстай иж бүрдэл байх, гацдаггүй байх, хий ордоггүй байх, түгжээ мултрахгүй байх, дээрх бүх үзүүлэлтийг нэгэн зэрэг хангасан дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх		30
2	Манометр	Манометр 30 (атм) хүртэл даралтаар тэлэх боломжтой, Y хэлбэрийн хаалттай иж бүрдэл байх, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх	Иж бүрдэл	15
3	Radial интродюсерийн иж бүрдэл	Radial интродюсер /Radial sheath/ 5F болон 6Fr сонголттой байх, урт нь 7см болон 10см, пластик hydrophilic бүрээстэй чиглүүлэгчийн нь 0.018inch, 0.021inch, 0.025inch сонголттой байх, хатгалтын зүү хурц байх ба 22G, 21G, 20G сонголттой байх, бусад оношилгоо, эмчилгээний хэрэгсэлтэйгээ уялдаж, саадгүй ашиглах боломжтой байх, дээрх бүх үзүүлэлтийг нэгэн зэрэг хангасан дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх.	Иж бүрдэл	15
4	Эмчилгээний катетер	Эмчилгээний катетер Guiding catheter /Left and Right/, 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr сонголттой, JL3.5, JL4.0, AL0.75, AL1, AL2, JR3.5, JR4.0, JR4.5, AR0.75, AR1, AR2, зэрэг төрөл тус бүрт сонголттой, нугалрах мушгирах эрсдэл бага, удирдахад хялбар, X-ray – харагдах байдал тод, уян харимхай	6Fr JR	5

		чанар сайн, 100cm урттай байх, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх,		
5	PTCA тэлэгч баллоон	Үзүүрээсээ эхлэн тэлэгдэх (PTCA Balloon catheter), тэлэгдэх дээд хэмжээ 12~18atm, нарийсалтай судсанд нэвтрэх хэмжээ нь 0,017"/043mm ихгүй судсанд нэвтрэх, 2 маркертай, 0.014" инчийн чиглүүлэгч ашиглах боломжтой байх, 1.20мм, 1.5мм, 2.0м, 2.5мм, 2.75мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм диаметртай, 8мм- 30мм уртын сонголтуудтай, дээрх бүх үзүүлэлтийг нэгэн зэрэг хангасан, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх,	2.0*15	3
	Эмчилгээний EBU катетер	Эмчилгээний катетер Guiding catheter EBU хэлбэрийн 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr сонголттой, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.25, 4.5, 4.75, 5.0 зэрэг төрөл тус бүрт сонголттой, нугалрах мушгирах эрсдэл бага, удирдахад хялбар, X-ray – харагдах байдал тод, уян харимхай чанар сайн, 100cm урттай байх, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх,	6Fr EBU	5
1	Эмтэй стент	Зүрхний титэм судасны эмчилгээнд зориулагдсан, диаметр нь 2.25мм, 2.5мм, 2.75мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм диаметрын сонголттой, стентийн уртын хэмжээ 11 хүртэл уртын өөр өөр сонголттой, эм нь Platinum Chromium эсвэл Cobalt Chromium стентийн бүтэц, био уусалт бүхий полимердээр суурилсан, Sirolimus болон Everolimus эмтэй, уян чанартай (Flexibility), стентийн ханын зузаан 60 -аас 91 хүртэл микрон мм, 0.014" инчийн чиглүүлэгч ашиглах боломжтой байх, гулгамтгай, нарийссан хэсгээр туулах чадвар өндөр, 5F эмчилгээний гуурсаар ашиглаж болохуйц, дахин нарийсах эрсдэл маш бага, хүний биед харшил өгөхгүй, чихрийн шижин өвчтэй хүнд хэрэглэх заалттай байх, дээрх бүх үзүүлэлтийг нэгэн зэрэг хангасан дүйцэхүйц байх	3.0*22	2
2			3.0*26	1
3			3.0*30	1
4			3.0*38	1
5			3.5*22	1
6			3.5*24	1
7			3.5*26	1
8			3.5*28	1
9			3.5*30	1