



**УЛСЫН НЭГДҮГЭЭР
ТӨВ ЭМНЭЛЭГ**

С.Зоригийн гудамж 2, 1 дүгээр хороо
Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14210
Утас: (976) 7711 1027, Цахим шуудан: info@fchm.edu.mn

2026. 05. 20 № 111070

танай _____ -ны № _____ -т

Үнийн санал авах тухай

Улсын Нэгдүгээр Төв Эмнэлгийн Өндөр өртөгт тусламж үйлчилгээнд нэн шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэлд “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.1-д заасны дагуу үнийн санал ирүүлнэ үү.

Үнийн саналыг 2026 оны 05 дугаар сарын 21-ний 13 цаг хүртэл хүлээн авна.

Майл хаяг: procurement@fchm.edu.mn

Хаяг: УНТЭ-ийн 1 давхар 103 тоот

Хавсралт 2 хуудастай.

Жич: Бэлэн байгаа эмнэлгийн хэрэгсэлд үнийн санал ирүүлнэ үү.

ЕРӨНХИЙ ЗАХИРЛЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ



П.АНХТУЯА

141260128

Улсын нэгдүгээр Төв эмнэлгийн Ерөнхий захирлын 2026 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн 11070 тоот албан бичгийн хавсралт



ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЭЛ

№	Эмнэлгийнхэрэгслийн нэршил	Хэмжээ	Техникийн тодорхойлолт	Тоо шир хэг
1	2 хөндийн пейсмекер төхөөрөмж /MRI боломжтой/		Электрод холболт нь IS1 стандарттай, бүтэн биеийн MRI (1.5T ба түүнээс дээш) боломжтой, MRI-д оношилгоонд зориулсан тохиргоотой. Тосгуурын фибрилляцийг үүсэх үед дарангуйлан арилгах горимтой, пейсмекер хамааралтай болон хамааралгүйгээр аюултай хэм алдагдал үүссэнийг бүртгэн авч 2 ба түүнээс дээш минутын бичлэгийг хадгалдаг байх; Үйлдвэрийн тохиргоогоор ажиллах хугацаа 12 ба түүнээс дээш жил, үйлдвэрлэлийн баталгаат хугацаа 5 ба түүнээс дээш жил, мэдрэг байдлын тохиргоо болон цочроох байдлын тохиргоо нэг туйлт, хоёр туйлт боломжтой байх, баруун тосгуур, ховдлыг цочроох вольтын хэмжээг төхөөрөмж өөрөө автоматаар шалгаж, өөрийгөө тохируулах чадвартай байх, ховдлын өөрийн агшилтыг дэмжих алгоритмтай, зүрхний суурь цохилтын тоо ба пейсмекерээр удирдаж эхлэх суурь цохилтын тоог өөр өөрөөр тохируулах боломжтой байх, PSA шалгагчтай байх.	2
2	Тосгуурын электрод		Шулуун хэлбэртэй, бүтэн биеийн MRI (1.5T ба түүнээс дээш) хийх боломжтой, хэмжээ 6F-ээс ихгүй, 53 см дээш 3 төрлийн уртын сонголттой, идэвхтэй бэхэлгээтэй, polyurethane, silicone холимог бүрхүүлтэй, электродын оролт IS1 стандарттай, электродын уртын тэмдэглэгээтэй, стеройдын хэсэгтэй, хөдөлгөөнгүй болгож бэхлэхэд зориулсан бэхэлгээ хийх хамгаалалтын хэсэгтэй, биполяр туйлтай байх.	2
3	Ховдлын электрод		Шулуун хэлбэртэй, бүтэн биеийн MRI (1.5T ба түүнээс дээш) хийх боломжтой, хэмжээ 6F-ээс ихгүй, 58 см доод тал нь 4 төрлийн уртын сонголттой, идэвхтэй бэхэлгээтэй, polyurethane, silicone холимог бүрхүүлтэй, электродын оролт IS1 стандарттай, электродын уртын тэмдэглэгээтэй, стеройдын хэсэгтэй, хөдөлгөөнгүй болгож бэхлэхэд зориулсан бэхэлгээ хийх хамгаалалтын хэсэгтэй, биполяр туйлтай байх.	2

4	Электродын хатгалтын интродюсер /ширхгээр/	Гүний венийн хатгалтын зүү, тариур, чиглүүлэгчийг багтаасан багц байх, тэлэгч нь интродюсертэй тогтвортой бэхлэгдэх түгжээтэй, 6F, 7F, 8F, 10F, 11F, 12F өргөний сонголттой, 14 см урттай, урагдан салдаг байх.	4
5	Түр зуурын электрод пэйсмекер	Түр зуурын пейсмекерийн үүсгүүр Нэг хөндийн түр зуурын пейсмекер үзүүлэлт Үндсэн Үндсэн горим: S00, SSI, SST Зүрхний цохилг: 30 - 250 ppm Өдөөлтийн далайц 0.1 - 17 V Тосгуурын тахиарритмийг эмчлэх brush rate-тай байх Хяналт тохируулга хийх боломжтой Аюулгүйн дохио өгдөг байх /Батерейны цэцэг бага, электродын эсэргүүцэл их үед/ Түр зуурын янз бүрийн электродуудтай холбогдох кабелийн сонголттой байх Батерейтай байх	1
6	Суулгацын антибиотиктэй уут	Торон давхаргатай, полимер бүрхүүлтэй. 2 антибиотик рифампин, миноциклин агуулсан. Хэрэглээд 4 долоо хоногийн дотор жижиг хэсэг болон задарч, 9 долоо хоногийн дотор бүрэн уусаж шимэгдэнэ. TYRX хайлдаг бактерийн эсрэг антибиотиктай уут пейсмекерийг байранд нь тогтвортой барьж, хагалгааны дараах халдвараас сэргийлнэ.	1

--ooOOoo--