



**УЛСЫН НЭГДҮГЭЭР
ТӨВ ЭМНЭЛЭГ**

С.Зоригийн гудамж 2, 1 дүгээр хороо
Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14210
Утас: (976) 7711 1027, Цахим шуудан: info@fchm.edu.mn

2026.06.11 № 1/1198

танай _____ -ны № _____ -т

Үнийн санал авах тухай

Улсын Нэгдүгээр Төв Эмнэлгийн Өндөр өртөгт тусламж үйлчилгээнд нэн шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэлд “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.1-д заасны дагуу үнийн санал ирүүлнэ үү.

Үнийн саналыг 2026 оны 06 дугаар сарын 15-ны 10 цаг хүртэл хүлээн авна.

Мэйл хаяг: procurement@fchm.edu.mn

Хаяг: УНТЭ-ийн 1 давхар 103 тоот

Хавсралт 1 хуудастай.

Жич: Бэлэн байгаа эмнэлгийн хэрэгсэлд үнийн санал ирүүлнэ үү.

ЕРӨНХИЙ ЗАХИРЛЫН
АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ



П.АНХТУЯА

ATA9996 9077138
9023050128

142261897

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн Ерөнхий захирлын 2026 оны 06 дугаар сарын 11-ны өдрийн 11/06 дугаар албан бичгийн хавсралт



№	Бамбай булчирхайн түлэлтийн зүү	Техникийн тодорхойлолт	Тоо ширхэг
1	Өндөр давтамжит долгионоор бамбай булчирхай түлэх зүү /Radio Frequency Treatment of Thyroid/	Бамбайн зангилаа Thy1. Thy2. 2.Бамбайн цист, Бамбайн гойтер, Автономт бамбайн зангилаа, Тунгалагийн зангилаа, бусад бамбайн булчирхайн өвчнүүдийн үед хэрэглэгддэг байх. Нэг удаагийн зүү нь дотроо хөргүүрийн системтэй байх, зүүний хүчин чадал 140w байх. зүүний диаметр-1.2 мм /18G/ Зүүний урт-7 см болон 10 см, зүүний идэвхтэй бүс-0.3 см, 0.5 см, 0.7 см, 1.0 см, 1.5 см гэсэн сонголтуудтай байх. Зүү нь нэг удаагийн хэрэглээнийх, хөргүүрийн системтэй холбогдох залгуур болон катетертэй байх. Савалгаандаа газардуулагч электродтой байх.	10

----- ooOOOoo -----